



EL spol. s r.o.

Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves

Akreditované skúšobné laboratóriá podľa ISO/IEC 17025: 2017



Akreditácia sa nevzťahuje na skúšky typu N

Strana: 1 z 1

Výtlačok: 3 z 3

Protokol o skúške č.: 22/11989

Zákazník - objednávateľ skúšok

Objednávateľ: GymBeam s.r.o.
(meno a adresa) Rastislavova 93, 04001 Košice - mestská časť Juh
Odosielaťel: GymBeam Košice
Zmluva / objednávka: zo 7.7.2022
Zákazka: 22-05884
Vzorku odobral: Objednávateľ

Dátum prevzatia vzorky: 07.07.2022
Dátum vykonania skúšok od: 07.07.2022
do: 25.07.2022
Dátum vydania protokolu: 25.07.2022
Počet vzoriek: 1

Výsledky skúšok

P.č.: 1	Číslo vzorky: 22-013010	Typ vzorky: Požívateľiny -výživové doplnky	Chemický rozbor				
Označenie vzorky: EAA - GymBeam 500 g Šarža: L211809 Expirácia: 062025							
Parameter	Jednotka	Výsledok skúšky	Neistota merania	Skúšobná metóda	Medza stanovenia	Metodický predpis	Typ skúšky
Cd	mg/kg	<0.007	-	ICP-MS	0.007	IP 1.51b	A
Hg	mg/kg	0.003	13 %	AAS-AMA	0.002	IP 1.22a	A
Pb	mg/kg	0.02	9 %	ICP-MS	0.01	IP 1.51b	A

Skúšobné metódy

Skratka	Názov metódy
AAS-AMA	Atómová absorpčná spektrometria - analyzátor ortuťi
ICP-MS	Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou

Použité skratky: IP – Interný predpis

Typ skúšky: A - akreditovaná, N - neakreditovaná, T - terénna, S - subdodávka (externá služba)

Neistota merania predstavuje relatívnu rozšírenú neistotu z výsledku skúšky, koeficient rozšírenia k=2.

Vyhľadania a upozornenia:

Tento protokol môže byť reprodukován iba ako celok, časť protokolu len so súhlasom laboratória.

Uvedené výsledky sa týkajú len testovanej vzorky a nenahrádzajú schválenie skúšaného predmetu príslušným orgánom.

Ak vzorku dodal zákazník, laboratórium nie je zodpovedné za odber a stav prijatej vzorky - výsledky sa vzťahujú na vzorku, ako bola prijatá.

Laboratórium nezodpovedá za informácie poskytnuté zákazníkovi, ktoré môžu mať vplyv na platnosť výsledkov.

Miesto výkonu skúšok (okrem terénnych a subdodávok) je totožné s adresou uvedenou v záhlaví.

Skúšobné zariadenia a meradlá boli kalibrované a overené v zmysle platných metrologických predpisov.

Reklamovať výsledky skúšok možno do 30 dní od dátumu ich odoslania zákazníkovi. Akceptované a vybavované sú iba písomne podané reklamácie.

Protokol dostane: GymBeam s.r.o.

Protokol o skúške vyhotovil:

Ing. Lucia Šefčíková
vedúca LPKBM

Schválil:

Ing. Lucia Šefčíková
vedúca LPKBM